

Numer zapytania	Z221/96/1
Tytuł zapytania	Rozłącznik bezpieczeństwa 125A 3P 45kW P5-125/EA/SVB-SW
Kupiec prowadzący:	Kosecki, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-03-03 12:03:13
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-03 12:03:15
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-05 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-05 12:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o ofertę na:

- Rozłącznik bezpieczeństwa 125A 3P 45kW P5-125/EA/SVB-SW

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozłącznik bezpieczeństwa 125A 3P 45kW P5-125/EA/SVB-SW		15	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie